

PRÜFBESCHEINIGUNG

TEST ATTESTATION

Antragsteller: Digitast Switch Technology GmbH
Applicant: Von-Cancrin-Str. 1
63877 Sailauf
Germany

Produkt: Fußschalter
Product: Footswitches

Handelsname: DIGITAST
Trade name:

Typ(en) / Modell(e): 4.60C, 4.70C
Type(s) / model(s):

Beschreibung: IPX6 / IPX8; 0,1 A; 24 VDC
Specification:

DEKRA Testing and Certification GmbH bestätigt, dass die geprüften Muster folgenden Prüfanforderungen entsprechen:
DEKRA Testing and Certification GmbH confirms that the tested samples comply with the following test requirements:

IEC 60601-1:2012 - teilweise/partly
- 8.9 CREEPAGE DISTANCES and AIR CLEARANCES (8.9.1.1; 8.9.1.15; 8.9.2; 8.9.3; 8.10.4)
15.4 ME EQUIPMENT components and general assembly

IEC 60601-2-2: 2009 (Fifth Edition) + C1:2014 - teilweise/partly
- 201.8.10.4 Cord-connected HAND-HELD parts and cordconnected
foot-operated control devices (201.8.4.101.1 – 201.8.4.101.4)
- 201.11.6.5 Ingress of water or particulate matter into ME
EQUIPMENT and ME SYSTEMS
- 201.12 ACCURACY OF CONTROLS AND INSTRUMENTS AND PROTECTION AGAINST
HAZARDOUS OUTPUTS (201.12.2)

IEC 60601-2-22:2007 (only 4.60C) - teilweise/partly
201.8.10.4 Cord-connected HAND-HELD parts and cord-connected
foot-operated control devices (201.8.10.4.101)

Prüfbericht: 3404610.50A
Test report:

Dieses Dokument wird auf Grundlage der im DEKRA Prüfbericht vorliegenden Nachweise erstellt. Ihm liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Produktprüfungen, Produktzertifizierungen und sonstigen Leistungen der DEKRA Testing and Certification GmbH zugrunde. Die Konformität mit der zutreffenden Richtlinie hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zu erklären. Die hier angegebenen Prüfanforderungen können dazu mit herangezogen werden. Dieses Dokument berechtigt nicht zur Verwendung eines der DEKRA Prüfzeichen.

This document is issued based on evidence as laid down in the DEKRA test report. It is based on the General Terms and Conditions for the Performance of Assessment, Certification and other Services of DEKRA Testing and Certification GmbH. The manufacturer or its representative has to declare the conformity with the applicable directive. For this also the herein mentioned test requirements can be considered. This document does not authorize the use of any DEKRA approval mark.

Dieses Dokument wurde herausgegeben am: 1. Oktober 2014
This document was issued on: October 1, 2014

Dokument-Nr.: 4714069.140001
Document no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH



Zarmutek

© Integral publication of this document is allowed.

Seite 1 von 1
page 1 of 1