



# KFS 03.med



- Schutzart bis IP X8
- für die Integration in medizintechnische Geräte vorbereitet
- Konfektionierbar nach Kundenvorgabe

## Gehäuseunterteil

1. Schwarz RAL 9017
2. Grau RAL 7035

A. Kundenspezifisch

## Gehäuseoberteil

1. Schwarz RAL 9017
2. Graphitgrau RAL 7024
3. Grau RAL 7035
4. Blau RAL 5017
5. Grün RAL 6024
6. Gelb RAL 1023

A. Kundenspezifisch

## Normen \*

1. EN 60601-1:2005+CORR.1(2006)+CORR.2(2007) teilweise \*\*
  2. EN 60601-2-2:2009 teilweise \*\*\*
  3. EN 60601-2-22:2007 teilweise \*\*\*
- A. Kundenspezifisch  
Z. Keine Norm

**KFS03.med.**

## Schaltfunktion/Schaltleistung

1. 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
  2. 1 poliger Wechsler; 0,1 A / 24 VDC
  3. 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
  4. 1 poliger Wechsler; 3 A / 24 VDC
  5. 2 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
  6. 2 x 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
  7. 2 x 1 poliger Schließer mit Druckpunkt Folgeschalter; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

\* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

\*\* 4; 5.2; 5.3; 5.7; 5.8; 5.9; 6.2;6.3;6.4; 7.2; 7.9.2; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10;9; 11.1; 11.2; 11.6, 11.6.1; 11,8; 13; 15; 15,3; 15,4

\*\*\* 201.8.10.4

## Schutzart

1. IP X2
2. IP X7
3. IP X8

A. Kundenspezifisch

## Zubehör

Art.Nr.

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Montageschale groß                  | 4.69C.0005 |
| 2. Schutzhaube                         | 4.69C.0001 |
| 3. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0015 |
| A. Kundenspezifisch                    |            |
| Z. ohne Zubehör                        |            |

## Anschlussleitung

1. 2m grau, PUR, feinstdrähtig 2x0,25mm<sup>2</sup>
  2. 2m schwarz, UL ( LIYY ) 4x0,34mm<sup>2</sup>
- A. Kundenspezifisch